

KALIST AKL s.r.o
Třebětice 8, 769 01 Holešov
www.kalist.cz, kalist@kalist.cz, tel. 577 700 004

*Prodej, servis a kalibrace měřidel
Validace laboratorního zařízení
Půjčovna vah a vážících zařízení*

Dekontaminační protokol

Zákazník:

Kontaktní osoba:

.....

Telefon:

.....

E-mail:

.....

Fax:

.....

Uveďte se kterou potenciálně nebezpečnou látkou
přišly pipety do styku, případně uveďte látky, jejichž
vlivu mohlo být měřidlo vystaveno

Uveďte jakými metodami byly pipety
dekontaminovány vnitřně a zevně

Přišly pipety do kontaktu s radioaktivní látkou?

ANO:

☐

NE:

☐

Prosím o provedení případné justáže:

ANO:

☐

NE:

☐

Typ	Výrobní číslo

Upozornění:

Ke každé pipetě je nutno dodat špičky, které jsou používány v provozu, v počtu 11 ks na jeden kanál (pipeta fix - 11 ks, pipeta stavitelná - 3 x 11 ks, pipeta vícekanálová - počet kanálů x 11 ks)

Prohlašuji tímto, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezatajil žádné důležité skutečnosti.

Podpis:

.....

Datum:

.....